



Warenzeichen eingebrannt
Logo (decals)



Dichtfläche



15/10×0.1 as per DIN 58170/54
1/5×0.63 as per DIN 3140/2

Alle Kanten gefast 0,2±0,5 x 45°
All edges chamfered 0,2±0,5 x 45°, frosted
Direkt verschmolzen
Directly fused

Zur Kundeninformation
wird bei Änderung nicht
miterfaßt.
This copy is only for
customer information
and will not be updated

Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne unsere schriftliche Zustimmung weder
vervielfältigt, kopiert noch an Dritte Personen weitergegeben werden.
This drawing is the property of HELIMA. It is strictly forbidden to show or distribute
the drawing or copies of this to third parties without permission of the company in writing.

HELIMA
GmbH & Co. KG
Precision in Spectro-optics, worldwide
D-79371 Müllheim

Teil Abzeichnung
DIN ISO 10710
ISO 2768 m

Oberrfläche
VA Ent.-003m
ISO 2768 m

Material
Corning Vycor

Fluoreszenz-Küvette
Fluorescence cell

Blatt
81

Datum Name
Gepr. vq
Frei

Zeichn.-Nr./Drawing-No.
111.107_2

Erst. d.

Blatt
81

3. siehe Amd.
Zust. Änderung Datum Name
D-79371 Müllheim

Gepr. vq
Frei

Zeichn.-Nr./Drawing-No.
111.107_2

Erst. d.

Blatt
81